

DeltaPSU 产品公告



MDS-400ADB24, MEB-750A 及 MEB-1K5A48T AAA 系列医疗产品变更通知

台达 MDS-400ADB24, MEB-750A 及 MEB-1K5A48T AAA 系列医疗电源为提供使用者更好的防护及稳定度, 将进行产品变更, 并确保设计变更后都能获得高质量的产品性能。

有关机种的详细优化内容, 请参阅下表并参考 [DeltaPSU 官网](#) 的最新规格。

机种名	叙述	旧标签版本	新标签版本	导入日期
MDS-400ADB24 AA	变更 Label 标示	04	05	2024/05/29
MDS-400ADB24 AB		02	03	2024/05/29
MEB-750A12B AAA	提升电源的稳定度	00	01	2024/06/20
MEB-750A12T AAA		00	01	2024/06/20
MEB-750A24B AAA		01.1	02	2024/06/20
MEB-750A24T AAA		01.2	02	2024/06/20
MEB-750A48B AAA		00.1	01	2024/06/20
MEB-750A48T AAA		00.1	01	2024/06/20
MEB-1K5A48T AAA		降低漏电流	00	01

MDS-400ADB24 AA 及 MDS-400ADB24 AB 变更 Label 标示:

变更前	变更后

MEB-1K5A48T AAA 变更内容:

	变更前规格	变更后规格
接触漏电流 (最大值)	0.1 mA @ 正常状况 0.5 mA @ 单一故障状况	0.1 mA @ 正常状况 0.2 mA @ 单一故障状况
接地泄漏电流 (最大值)	0.5 mA @ 正常状况 1 mA @ 单一故障状况	0.15 mA @ 正常状况 0.3 mA @ 单一故障状况